

 The Safety Company <i>Alarme</i> <i>personnelle</i>	Nom	Modèle
	DUMONT	ALT4X
	Service	Logiciel interne
	CLEAN	2,27
	Société	Série
SERVICES	92512	

Données du capteur

	Site	Echelle	DemierZéro	Dernier calibrage
1	COMB %LEL	100,0	24/12/2024	24/12/2024
2	O2 %	30,0	24/12/2024	24/12/2024
3	CO PPM	1999,0	24/12/2024	24/12/2024
4	H2S PPM	200,0	24/12/2024	24/12/2024

Données Alarme

Gaz	Valeur	Type	Etat
COMB	10,00	Préalarme d'exposition	Activé
	20,00	Alarme d'exposition	Activé
	0,00	Aucun	Désactivé
	0,00	Aucun	Désactivé
O2	19,50	Anomalie alarme	Activé
	23,00	Alarme d'exposition	Activé
	0,00	Aucun	Désactivé
	0,00	Aucun	Désactivé
CO	20,00	Préalarme d'exposition	Activé
	100,00	Alarme d'exposition	Activé
	100,00	VLE	Activé
	20,00	VME	Activé