

 The Safety Company <i>Alarme personnelle</i>	Nom	Modèle
	DUMONT	ALT4X
	Service	Logiciel interne
	CLEAN	2,27
	Société	Série
SERVICES	92512	

Données du capteur

	Site		Echelle	DemierZéro	Dernier calibrage
1	COMB	%LEL	100,0	29/07/2024	29/07/2024
2	O2	%	30,0	29/07/2024	29/07/2024
3	CO	PPM	1999,0	29/07/2024	29/07/2024
4	H2S	PPM	200,0	29/07/2024	29/07/2024

Données Alarme

Gaz	Valeur	Type		Etat
COMB	10,00	Préalarme d'exposition	Activé	Non verrouillé
	20,00	Alarme d'exposition	Activé	Verrouillé
	0,00	Aucun	Désactivé	Non verrouillé
	0,00	Aucun	Désactivé	Non verrouillé
O2	19,50	Anomalie alarme	Activé	Verrouillé
	23,00	Alarme d'exposition	Activé	Non verrouillé
	0,00	Aucun	Désactivé	Non verrouillé
	0,00	Aucun	Désactivé	Non verrouillé
CO	20,00	Préalarme d'exposition	Activé	Non verrouillé
	100,00	Alarme d'exposition	Activé	Verrouillé
	100,00	VLE	Activé	Non verrouillé
	20,00	VME	Activé	Non verrouillé

H2S	5,00	Préalarme d'exposition	Activé	Non verrouillé
	10,00	Alarme d'exposition	Activé	Verrouillé
	10,00	VLE	Activé	Non verrouillé
	5,00	VME	Activé	Non verrouillé

NGOUBET